



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

KLASA: 406-05/17-01/44
URBROJ: 534-06-2-1/1-17-
Zagreb, 05. rujna 2017.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), javni naručitelj, Ministarstvo zdravstva, OIB 88362248492 izrađuje

I. IZMJENU IZVJEŠĆA O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

I.

Na temelju članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), javni naručitelj, Ministarstvo zdravstva, OIB 88362248492, na nacrt Dokumentacije o nabavi Uređaji za magnetsku rezonancu 1.5T za potrebe zdravstvenih ustanova u RH (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, OB Varaždin, OB Zadar) izradio je na dan 28. srpnja 2017. godine Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima KLASA: 406-05/17-01/44, URBROJ: 534-06-2-1/1-17-5 te isto objavio na svojoj internetskoj stranici.

II.

U **točki 16.** Izvješća u odgovoru Naručitelja dodaje se tekst:

„Svaki dodatni ponuđeni serviser nosi 0,5 bodova. Maksimalni broj dodatnih serviseri koje ponuditelj može ponuditi je 2 (dva). Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može dobiti temeljem ovog kriterija je 1 (jedan) bod.“

U **točki 19.** Izvješća u odgovoru Naručitelja mijenja se dokaz o ispunjenju uvjeta propisanih točkom 6.2.2.1. Dokumentacije o nabavi na način da isti glasi:

„□ popis imena i odgovarajuće stručne kvalifikacije osoblja koje će biti odgovorno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi robe koji uključuje poslove postavljanja i ugradnje uređaja sukladno članku 49. Zakona o javnoj nabavi (kao dokaz ispunjenja stručne sposobnosti iz ove točke DoN Naručitelj će prihvatiti Izjavu koju daje ovlaštena osoba gospodarskog subjekta. Izjava sadrži imena i prezimena, stručnu spremu, struku, te radno iskustvo tehničkih stručnjaka koji će sudjelovati i biti odgovorni za postavljanje, instalaciju, i servisiranje uređaja koji je predmet nabave. Dostavljenim dokazom ponuditelj treba nedvojbeno dokazati da raspolaže s najmanje dvije (2) osobe za poslove servisiranja uređaja.“

U **točki 21.** Izvješća u odgovoru Naručitelja dodaje se tekst:

„Maksimalni broj dodatnih serviseri koje ponuditelj može ponuditi je 2 (dva). Maksimalni broj bodova koje ponuditelj može dobiti temeljem ovog kriterija je 1 (jedan) bod.“

S poštovanjem,



MINISTAR

prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med.

Dostaviti:

1. Naslovu, elektroničkom poštom radi objave na službenim stranicama Ministarstva zdravstva
2. Pismohrana, ovdje

