



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

KLASA: 406-11/22-13/2
URBROJ: 117-13-132-23-3
U Zagrebu, 15. ožujka 2023.

**- SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

- STRUČNOJ JAVNOSTI

PREDMET: Zapisnik/Izvešće o održanim „tehničkim konzultacijama“ za pripremu postupka zajedničke javne nabave Brzi antigenski testovi.

Zajednički naručitelj/središnje tijelo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, temeljem Odluke o obveznoj zajedničkoj provedbi određenog postupka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-21-01 od 05. studenog 2021.) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zajedničkoj provedbi određenih postupaka nabave (KLASA: 406-09/21-01/30, URBROJ: 534-05-2/1-22-17 od 15. ožujka 2022.) donesenih od strane ministra zdravstva priprema postupak zajedničke javne nabave velike vrijednosti za Brze antigenske testove.

S ciljem istraživanja tržišta zajednički naručitelj/središnje tijelo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, objavio je javni poziv na sudjelovanje u pripremi postupka zajedničke javne nabave – tehničke konzultacije u sklopu kojih je na dan 15. ožujka 2023. godine održan sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima i stručnom javnošću.

Pozivu na „tehničke konzultacije“ odazvali su se sljedeći predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata:

1. *Predstavnik društva Siemens Healthcare d.o.o.*
2. *Predstavnik društva Sanol H d.o.o.*

Zajednički naručitelj/središnje tijelo zaprimio je zaključno sa danom održavanja sastanka pisane prijedloge u svezi s objavljenim okvirnim nacrtom tehničkih specifikacija kako slijedi:

1. Pitanje zainteresiranog gospodarskog subjekta Better AG iz Švicarske koji od kriterija po pitanju prikupljanja uzorka trebaju zadovoljavati BAT-ovi dali je to:
 - a) samo bris nazofarniksa
 - b) bris nazofarniksa i prednjeg nosnog hodnika ili bris ždrijela?Sručno povjerenstvo razmotrilo je navedena pitanja te odgovara da se preporuča da je uzorak obrisak nazofarniksa, međutim kako su svi testovi u kategoriji A klinički validirani i zadovoljavaju visoke kriterije osjetljivosti i specifičnosti, te zadovoljavaju tehničke

karakteristike i nisu isključivi. Testovi koji su bazirani na obrisku nazofarniksa ili nosa u kategoriji A su prihvatljivi. Uvjet da su u kategoriji A je ključan.

Na sastanku su predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata postavili sljedeća pitanja, odnosno iznijeli sljedeće prijedloge:

Pitanje/Prijedlog: Ima li se informacija o kojim količinama bi se približno radilo?

Stručno povjerenstvo navodi da trenutno nema informaciju o količinama te da će iste prikupljati nakon tehničkih konzultacija. Iste će biti poznate prilikom objave prethodnog savjetovanja.

Pitanje/Prijedlog: Koji rok valjanosti testova će biti u tenderu, dali godina dana ili dvije?

Stručno povjerenstvo navelo je da sve ovisi o dinamici isporuke, no s obzirom na dinamiku moglo bi biti minimalno 6 mjeseci.

Pitanje/Prijedlog: Dali će sve količine navedene u tenderu biti i realizirane?

Stručno povjerenstvo navelo je da Središnje tijelo za provođenje postupku javne nabave odnosno HZJZ sa odabranim ponuditeljem sklapa Okvirni sporazum a svaka zdravstvena ustanova će sklopiti ugovor s gospodarskim subjektom na količinu koja je navedena za jednogodišnje razdoblje. Rok valjanosti testova računa se kod isporuke.

Pitanje/Prijedlog: Prijedlog da se stavke odvoje u dvije grupe.

Stručno povjerenstvo prihvatilo je da se stavke tehničke specifikacije razdvoje u dvije grupe.

1. Grupa Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2
2. Brzi antigenski testovi za SARS-CoV-2 i influencu A/B

Pitanje/Prijedlog: Povećanje osjetljivosti testa na minimalno 95%.

Stručno povjerenstvo navodi da se isto može staviti dodatno bodovanje.

Pitanje/Prijedlog: Zahtjev za pozitivnom I negativno kontrolom u svakoj kutiji te CE oznaka.

Stručno povjerenstvo navodi da svaki test ima svoju kontrolu.

Pitanje/Prijedlog: Trajanje tendera maksimalno 6 mjeseci zbog postizanja kontinuirane opskrbe, a vezano na fluktuacije I rast cijena na globalnom tržištu.

Stručno povjerenstvo navodi da je trajanje tendera određeno Odlukom Ministarstva zdravstva, te da su cijene nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora.

Pitanje/Prijedlog: Zbog praktičnijeg manipuliranja uzorcima, prijedlog je da se u opis stavi da svaka kutija ima stalak od tvrdog kartona u koji se testne epruvete stavljaju te se I lakše prenose.

Stručno povjerenstvo prihvaća prijedlog te navodi da će se isto staviti u necjenovni kriterij odabira ponude.

Ovaj se Zapisnik/Izvešće sa svim pitanjima i prijedlozima zaprimljenim u pisanom obliku kao i neposredno na sastanku te odgovorima na iste javno objavljuje na web stranici zajedničkog naručitelja/središnjeg tijela Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Ksaver 200a, Zagreb, kako bi sve informacije vezane uz pripremu postupka zajedničke nabave na isti način bile dostupne svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU